

Prüflabor für klimatische, mechanische
und korrosive Umweltbeanspruchungen




QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKAT

nach DIN 55 350 - 18 - 4.3.4.

Prüfbericht - Nr. 6152 / 07

Auftraggeber	Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co.KG Beuckestr. 22 14163 Berlin	
Prüfgegenstand	Universal-Transmitter 1 Prüfling Stand	PolyTrans P32000P0/11 nicht vorbeanspruch April 2007
Aufgabenstellung	Nachweis der mechanischen Festigkeit gemäß Prüfanweisung zur Typprüfung nach KTA 3503	
Prüfprogramm	Schwingen, sinusförmig Schocken, halbsinus Schwingen, Breitbandrauschen Freier Fall	gemäß IEC 60068-2-6 gemäß IEC 60068-2-27 gemäß IEC 60068-2-64 gemäß IEC 60068-2-32
Prüfzeitraum	10.04. bis 11.04.2007	
Durchführung / Ergebnisse	siehe Seite 2 bis 4	
Prüfergebnis	Während und nach den Prüfungen wurden keine Mängel am Universal-Transmitter PolyTrans P32000P0/11 festgestellt. Die weitere Auswertung erfolgt durch den Auftraggeber.	


Dipl.-Ing. R. Lein
Leiterin des Prüflabors
Berlin, den 11.04.2007




Dipl.-Ing. M. Geburtig
Prüfingenieur

Sitz der Gesellschaft: Berlin
Amtsgericht Berlin Charlottenburg HRB 38393
USI-ID-Nr.: DE 137 190 620
St.-Nr. 37/220/418
Geschäftsführer: Dr. sc. techn. Peter Schmidt,
Dipl.-Ing. Werner Zuchhold,
Dipl.-Ing. Wolfgang Lau, Dipl.-Ing. Joachim Boje

AUCOTEAM GmbH
Storkower Straße 115 a
10407 Berlin
Telefon: (030) 4 21 88 -440
Telefax: (030) 4 23 27 09
e-mail: infocenter@aucoteam.de
<http://www.aucoteam.de>

Berliner Volksbank
(BLZ 100 900 00) 830 184 1028
Dresdner Bank AG
(BLZ 100 800 00) 04 004 292 00

