A405-CONDI

ChangeLog
Firmware Historie

Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

www.knick.de

Content

Content 2
1 Versions-Historie 2
1.1 Version 1.2.0 2
1.2 Version 1.2.2 2
1.3 Version 1.2.3 3
1.4 Version 1.3.0 3

1 Versions-Historie

1.1 Version 1.2.0

Unterstützung von Memosens induktiven Leitfähigkeitssensoren

Damit steht auch die komplette Funktionalität des neuen induktiven Leitfähigkeitssensors SE680*M mit Memosens-Protokoll steht zur Verfügung.
Ein zusätzlicher Messbereich 000.0…999.9 µS/cm erweitert den Bereich nach unten.

Die Referenz-Temperatur ist auch in °F eingebbar

Bisher konnte die Referenz-Temperatur nur in °C eingegeben werden.

Neue Konfigurationsmöglichkeit: Ausgabe einer 22 mA Meldung bei einem Temperaturfühlerbruch

Temperaturkompensation für Reinstwasser erweitert

Optimierung Temperaturkorrektur bei Memosens Sensoren

Erweiterung der Fehlermeldungen im HART Command 48

Implementierung Sensorkontrolle mit TAG und GROUP

1.2 Version 1.2.2

Optimierung der ENTER-Taste-Erkennung

Optimierung der Sensortypauswahl

Unter bestimmten Umständen wurde bei einem Wechsel des Sensortyps die Zellkonstante auf den Default-Wert 1 zurückgesetzt.

1.3 Version 1.2.3

Optimierung der Relaissteuerung bei fehlendem oder falschem Sensor.

1.4 Version 1.3.0

Neu: Kalibrierung Einbaufaktor Leifähigkeit induktiv

Für induktive Memosens-Sensoren ist die Einbaufaktor-Kalibrierung verfügbar.

Neu: Benutzerspezifische Konzentrationstabelle

Es kann eine benutzerspezifische Konzentrationstabelle eingegeben werden.