

**EU-Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Déclaration UE de Conformité**Dokument-Nr. / Document No. /
No. document**EU170908B**abrufbar unter / available at / disponible sous
www.knick.de

Wir, die / We, / Nous,

Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KGerklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt / diese Produkte,
declare under our sole responsibility that the product / products,
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit / les produits,Produktbezeichnung /
Product identification /
Désignation du produit**pH-Meter Portamess® 911 pH,
913 pH**auf welche(s) sich diese Erklärung bezieht, mit allen wesentlichen Anforderungen der folgenden Richtlinien des Rates übereinstimmen:
to which this declaration relates is/are in conformity with all essential requirements of the Council Directives relating to:
auquel/auxquels se réfère cette déclaration est/sont conforme(s) aux exigences essentielles de la Directives du Conseil relatives à: *)EMV-Richtlinie / EMC directive /
Directive CEM**2014/30/EU**
(OJ L 96, 29.03.2014, p. 79-106)Harmonisierte Normen /
Harmonised Standards /
Normes harmonisées**EN 61326-1: 2013
EN 61326-2-3: 2013**RoHS-Richtlinie / RoHS directive /
Directive RoHS**2011/65/EU**
(OJ L 174, 01.07.2011, p. 88-110)Harmonisierte Norm /
Harmonised Standard /
Norme harmonisées**EN 50581: 2012**

*) Die Sicherheitshinweise sind zu beachten. Diese Erklärung gilt nur für Geräte mit o.g. Produktbezeichnung, die nach dem Ausstellungsdatum in Verkehr gebracht, bei denen keine unabgestimmten Änderungen vorgenommen und die unter Beachtung der Sicherheitshinweise in Betrieb genommen wurden.
The safety instructions must be observed. This declaration is only valid for products with the above-mentioned designation which have been placed on the market after the date of issue, which were not modified without prior consent, and which were put into operation in accordance with the safety instructions.
Il convient de respecter les consignes de sécurité. Cette déclaration s'applique uniquement aux appareils dont la désignation est citée plus haut, mis en circulation après la date de publication de ladite déclaration, qui n'ont subi aucune modification sans accord préalable et qui ont été mis en service en respectant les consignes de sécurité.

Ausstellungsort, -datum /
Place and date of issue /
Lieu et date d'émission**Berlin, 08.09.2017****Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG**

ppa.

Jörg GiebsonLeiter Bereich Forschung und Entwicklung
Vice President R & D