

제 2010-BO-0114 호



안전인증서

Knick Elektronische Messgerate GmbH & Co.KG

Beuckestrasse 22, D-14163 Berlin, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4에 따른 안전인증 심사결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

pH Transmitter(Analyzing Unit)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델	용량·등급	인증번호
Stratos Pro A201X-pH	Ex ib[ia] IIC T4 (Output : $U_i/V_{max} = 30\text{ V}$, $I_i/I_{max} = 100\text{ mA}$, etc Input : $U_i/V_{max} = 30\text{ V}$, $I_i/I_{max} = 100\text{ mA}$, etc , $-20 \leq T_{amb} \leq 65^\circ\text{C}$)	10-AV4BO-0114

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(노동부고시 제2008-76호)

인 증 조 건

· 'Beuckestrasse 22, D-14163 Berlin, Germany'에서 생산하는 제품에 한함.

2010년 01월 21일

한국산업안전보건공단 이사장

