

Modulo di reso con dichiarazione di decontaminazione

Dichiarazione sulla possibile pericolosità dei prodotti allegati a causa di sostanze* o miscele pericolose.

* Classificazione preferibilmente secondo il regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging).

Per l'accettazione e l'esecuzione dell'ordine di servizio, richiediamo la **dichiarazione completamente compilata**. Se non è disponibile, purtroppo non siamo in grado di riparare il vostro apparecchio a causa dei possibili rischi.

Si prega di applicare il presente documento, insieme al numero di RMA/VR ricevuto, all'esterno dell'imballaggio della spedizione di ritorno e di inviarlo anticipatamente via e-mail a: support@knick.de

RMA

VR

Numero RMA/VR (disponibile al numero +49 30 80 191-/-241 o al sito support@knick.de)

Dati del cliente e referente per le domande

Nome dell'azienda

Indirizzo

E-mail

Contatti per le domande

Tel.

Motivo della restituzione

- ☐ Riparazione/reclamo ☐ Calibrazione ☐ Ordine errato ☐ Consegna errata
☐ Altro (specificare in "Descrizione dell'errore")

Informazioni sul prodotto Knick

Denominazione del prodotto

Numero di serie

Accessori in dotazione

- ☐ Il prodotto inviato è nuovo/inutilizzato.
☐ Il prodotto inviato non è entrato in contatto con sostanze o miscele pericolose.
☐ Il prodotto è entrato in contatto con sostanze o miscele pericolose. Si prega di specificare nella tabella.

Si prega di osservare assolutamente!

Prima della spedizione di ritorno, il prodotto da inviare deve essere pulito/decontaminato con misure adeguate. Se i dispositivi sono entrati in contatto con sostanze radioattive, non è possibile una riparazione da parte di Knick GmbH & Co. KG.

Si prega di indicare la/e sostanza/e pericolosa/e con cui il prodotto inviato è entrato in contatto e spuntare il simbolo di pericolo appropriato. **Indicare il numero CAS della sostanza pericolosa o allegare le schede di sicurezza complete.**

Sostanze pericolose	 ossidanti	 infiam- mabili	 corrosive	 pericolo per la salute	 tossicità acuta	 grave pericolo per la salute	 pericolose per l'ambiente	 rischio biologico
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Che tipo di pulizia o decontaminazione è stata effettuata? Quali detergenti (si prega di allegare le schede di sicurezza) sono stati utilizzati?

Per la spedizione, è necessario osservare le disposizioni di legge per l'imballaggio e l'etichettatura.

In caso di domande rivolgersi a:

Tel. +49 30 80191-241

E-mail: support@knick.de

Apportando la vostra firma di seguito, confermate di aver compilato questa dichiarazione in modo completo e veritiero e che le parti restituite sono state accuratamente pulite/decontaminate. Sono quindi prive di residui in quantità pericolose. Il mittente è responsabile di eventuali danni causati da una decontaminazione mancata/non segnalata del dispositivo restituito.

Luogo/data

Nome in stampatello

Firma e timbro aziendale

Informazioni sull'errore per il reclamo

Il cliente può fornire event. diagrammi o stampe?

☐ No

☐ Sì / quali?

Il compito di misurazione è già stata completato con successo con il prodotto in questione?

☐ No

☐ Sì / per quanto tempo?

L'errore si è verificato dopo la sostituzione / la modifica di:

Componenti

☐ No

☐ Sì / quai?

Parametri

☐ No

☐ Sì / quai?

Software

☐ No

☐ Sì / quai?

Come o quando si verifica l'errore:

Costantemente

☐ No

☐ Sì

sporadicamente dopo un/a certo/a:

tempo di esercizio (intervalli di tempo)

☐ No

☐ Sì

variazione della temperatura

☐ No

☐ Sì

cambio del mezzo di misurazione

☐ No

☐ Sì

movimento mecc./vibrazione

☐ No

☐ Sì

umidità dell'aria

☐ No

☐ Sì

ora del giorno

☐ No

☐ Sì

luogo di installazione

☐ No

☐ Sì

Non determinabile più in dettaglio?

☐ No

☐ Sì

Parametri fisici / chimici del mezzo di misurazione:

Grandezza:

☐ pH

☐ ORP

☐ Cond

☐ O₂

Intervallo di temperatura:

°C

Campo di misura:

Intervallo di pressione:

bar

Qualità dell'acqua (ad es. acque reflue, acqua ultrapura):

Descrizione dell'errore:

